



زمان بازنگری: تغییر دستورالعمل

تاریخ صدور: ۰۱/۱۱/۱۲

تعداد صفحات: ۱ از ۱

شماره سند: ۹۹-۱۹۹۷

تصویب کننده: خانم دکتر کریم زادگان

تهیه کننده: پدram پریچهره

محدوده توزیع: بخش کنترل کیفیت



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت غربالگری سندروم داون سه ماه دوم

دوره دوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۳۴۰

آزمایشگاه: سینا ۲۷۱۱۸۲



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	AFP	۱۱.۲	۱۸.۴۵	۱۲.۵۲	+۰.۲۷	۲.۰۸%	جزئیات
۲	β hCG	۳۷.۶۴۸	۳۵.۰۴	۱۱.۵	+۰.۲۲	۰.۶۲%	جزئیات
۳	Unconjugated Estriol(uE3)	+۰.۴۲۲	+۰.۳۷	۲۲.۰۹	۱.۵۲	۱۵.۳%	جزئیات
۴	Inhibin A	۱۲۲	۱۱۳.۴۵	۱۲.۱۳	-۰.۸	۱۲.۶۶%	جزئیات

SDI ≤ -۱.۹۹	-۱.۹۹ ≤ SDI ≤ -۱.۹۹	-۲.۹۹ ≤ SDI ≤ ۲.۹۹	SDI ≥ ۳
خوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت Torch

دوره دوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۳۴۰

آزمایشگاه: سینا ۲۷۱۱۸۲



ردیف	آزمایش	نتیجه	واحد	نتیجه نهایی	سازنده کیت	روش آزمایش	نتیجه مورد انتظار
۱	Toxoplasma IgG	۲	IU/mL	Negative	Diasorin	CL	Positive
۲	Rubella (IgG)	۲۰۰	IU/mL	Positive	Diasorin	CL	Positive
۳	CMV (IgG)	۷۹.۹	U/mL	Positive	Diasorin	CL	Positive
۴	HSV (IgG)	۸.۱	ratio	Positive	Diasorin	CL	Positive

تصویب کننده: خانم دکتر کریم زادگان

مسئول کنترل کیفی: پدram پریچهره

تایید کننده: خانم آقامحمدی

دکتر مطهره کریم زادگان
متخصص پاتوبیولوژی
۳۷۲۰۸