



زمان بازنگری: تغییر دستورالعمل

تاریخ صدور: ۰۱/۱۱/۱۲

تعداد صفحات: ۱ از ۲

شماره سند: ۹۵-۱۹۹۷

تصویب کننده: خانم دکتر کریم زادگان

تهیه کننده: پدram پریچهره

محدوده توزیع: بخش کنترل کیفیت



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت خون کنترل

دوره دوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۲۲۱۰

آزمایشگاه: سینا ۷۷۱۱۸۲



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	WBC	۲.۶	۲.۶۰	۳.۸۱	-۰.۶۰	۲.۷۱%	جزئیات
۲	RBC	۳.۲۶	۳.۲۰	۲.۲۸	+۰.۶۲	۱.۸۵%	جزئیات
۳	Hb	۱۴	۱۴.۱۱	۳.۰۸	-۰.۲۲	+۰.۱۵%	جزئیات
۴	Hct	۳۰	۲۹.۲۲	۳.۰۵	+۰.۵۴	۲.۲۳%	جزئیات
۵	MCV	۸۱.۶	۸۸.۸۷	۲.۶۶	-۰.۲۰	+۰.۸۳%	جزئیات
۶	MCH	۲۸	۲۸.۶۵	۳.۶۸	-۰.۷۶	۲.۲۸%	جزئیات
۷	MCHC	۳۱۷	۳۲۲.۳۵	۳.۳۱	-۰.۸۰	۳.۲۱%	جزئیات
۸	Plts	۲۶۵	۲۰۰.۹۸	۸.۷۲	+۰.۶۰	۵.۹۹%	جزئیات

SDI ≤ ۰.۹۹	۱ ≤ SDI ≤ ۱.۹۹	۲ ≤ SDI ≤ ۲.۹۹	SDI ≥ ۳
خوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول

تصویب کننده: خانم دکتر کریم زادگان

مسئول کنترل کیفی: پدram پریچهره

تایید کننده: خانم آقامحمدی

دکتر مطهره کریم زادگان
متخصص پاتوبیولوژی
۳۵۷-۸



زمان بازنگری: تغییر دستورالعمل

تاریخ صدور: ۰۱/۱۱/۱۲

تعداد صفحات: ۲ از ۲

شماره سند: ۹۵-۱۹۹۷

تصویب کننده: خانم دکتر کریم زادگان

تهیه کننده: پدram پریچهره

محدوده توزیع: بخش کنترل کیفیت



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پلاسما کنترل لتوفیلز

نوع دوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۲۲۳۰

آزمایشگاه: سینا ۳۷۱.۳۲۲



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	PT	۱۱	۱۰.۱	۱.۶۳	-۰.۱۴	۱.۲۸%	جزئیات
۲	PTT	۲۹	۳۱.۹۱	۱.۸۳	-۱.۰۱	۹.۳%	جزئیات

SDI ≤ ۰.۹۹	۱ ≤ SDI ≤ ۱.۹۹	۲ ≤ SDI ≤ ۲.۹۹	SDI ≥ ۳
خوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول

تصویب کننده: خانم دکتر کریم زادگان

مسئول کنترل کیفی: پدram پریچهره

تایید کننده: خانم آقامحمدی

دکتر مطهره کریم زادگان
متخصص بائیولوژی
۳۵۲-۸