

دوره ۱۴۰۱-۳ بیوشیمی

شماره سند: ۱۵-۱۹۹۸	تعداد صفحات: ۱	تاریخ صدور: ۰۲/۰۲/۰۹	زمان بازنگری: دوره جدید
محدوده توزیع: کلیه بخش ها	تهیه کننده: پدram پریچهره	تصویب کننده: خانم دکتر کریم زادگان	



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت AIC



دوره سوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۱۳۳۱

آزمایشگاه: سینا ۲۷۱.۱۸۲

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	HbA1c	۵.۳	۵.۴۲	۸.۷۴	-۰.۲۸	۲.۲۷%	جزئیات

SDI ≤ ۰.۹۹	۱ ≤ SDI ≤ ۱.۹۹	۲ ≤ SDI ≤ ۲.۹۹	SDI ≥ ۳
خوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی



دوره سوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۱۳۳۰

آزمایشگاه: سینا ۲۷۱.۱۸۲

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	Glucose	۱۰۴	۱۰۵.۱۳	۴.۵۳	-۰.۱۸	۱.۰۷%	جزئیات
۲	Urea	۳۶	۴۲.۸۷	۶.۷۷	-۲.۸۱	۱۶.۰۳%	جزئیات
۳	Uric Acid	۵.۷	۶.۰۸	۷.۶۴	-۰.۸۰	۶.۱۹%	جزئیات
۴	Creatinine	۱.۴۳	۱.۳۹	۸.۱۱	۰.۳۶	۳.۱۷%	جزئیات
۵	Total Bilirubin	۱.۵۸	۱.۶۰	۱۲.۹۱	-۰.۰۷	۱.۰۶%	جزئیات

تصویب کننده: خانم دکتر کریم زادگان	مسئول کنترل کیفی: پدram پریچهره	تایید کننده: خانم اقامحمدی
------------------------------------	---------------------------------	----------------------------

دوره ۱۴۰۱-۳ بیوشیمی

زمان بازنگری: دوره جدید

تاریخ صدور: ۰۲/۰۲/۰۹

تعداد صفحات: ۲

شماره سند: ۱۵-۱۹۹۸

تصویب کننده: خانم دکتر کریم زادگان

تهیه کننده: پدram پریچهره

محدوده توزیع: کلیه بخش ها

۶	Direct Bilirubin	۰.۹۶	۰.۹۷	۱۲.۵۶	-۰.۰۴	۰.۷۲%	جزئیات
۷	Cholestrol	۱۴۱	۱۵۴.۱۴	۴.۶۵	-۱.۴۲	۸.۵۳%	جزئیات
۸	Triglyceride	۹۳	۹۵.۹۸	۵.۹۲	-۰.۴۱	۳.۱۱%	جزئیات
۹	HDL	۵۲	۵۳.۸۱	۱۱.۶۱	-۰.۲۸	۳.۳۶%	جزئیات
۱۰	LDL	۶۸	۷۲.۵۲	۱۰.۱۹	-۰.۴۲	۶.۲۳%	جزئیات
۱۱	Albumin	۴.۳	۴.۲۹	۵.۹۱	۰.۰۴	۰.۲۱%	جزئیات
۱۲	Protein	۶.۲	۶.۰۳	۵.۵۴	۰.۵۸	۲.۹%	جزئیات
۱۳	ALP	۲۲۲	۲۸۰.۴۲	۹.۰۱	-۱.۳۴	۲۰.۸۳%	جزئیات
۱۴	AST	۲۹	۳۱.۱۱	۵.۷	-۰.۶۸	۶.۷۸%	جزئیات
۱۵	ALT	۳۳	۳۴.۳۳	۸.۱۷	-۰.۳۹	۳.۸۸%	جزئیات
۱۶	CPK	۲۰۰	۱۸۳.۳۵	۸.۳۲	۰.۶۱	۹.۰۸%	جزئیات
۱۷	LDH	۳۹۵	۳۷۳.۸۵	۸.۲۹	۰.۷۱	۵.۶۶%	جزئیات
۱۸	Amylase	۹۲	۹۳.۷۰	۸.۵۷	-۰.۱۶	۱.۸۲%	جزئیات
۱۹	Lipase	۳۴	۳۲.۵۷	۲۶.۸۱	۰.۲۴	۴.۳۸%	جزئیات
۲۰	GGT	۴۶	۴۴.۵۵	۸.۴۶	-۰.۱۱	۱.۱۸%	جزئیات
۲۱	Calcium	۹.۳	۸.۸۳	۳.۵۸	۱.۰۶	۵.۲۹%	جزئیات
۲۲	Phosphorus	۳.۹	۴.۵۰	۶.۷۷	-۱.۷۲	۱۳.۴۳%	جزئیات
۲۳	Iron	۱۲۸	۱۲۰.۳۷	۷.۴۹	۰.۵۳	۶.۳۴%	جزئیات
۲۴	TIBC	۲۷۴	۲۳۸.۷۳	۸.۰۱	۰.۹۸	۱۴.۷۷%	جزئیات
۲۵	Sodium	۱۴۰	۱۴۰.۲۳	۲.۰۷	-۰.۰۸	۰.۱۶%	جزئیات

تایید کننده: خانم آقامحمدی

مسئول کنترل کیفی: پدram پریچهره

تصویب کننده: خانم دکتر کریم زادگان



زمان بازنگری: دوره جدید

تاریخ صدور: ۰۲/۰۲/۰۹

تعداد صفحات: ۳

شماره سند: ۱۵-۱۹۹۸

تصویب کننده: خانم دکتر کریم زادگان

تهیه کننده: پدram پریچهره

محدوده توزیع: کلیه بخش ها

۲۶	Potassium	۴	۴.۰۱	۳.۶۵	-۰.۰۴	۰.۱۵%	جزئیات
۲۷	Lithium	۱	۱.۰۰	۶.۳۶	-۰.۰۵	۰.۵%	جزئیات
۲۸	TF	۷.۴۸	۷.۱۶	۴.۵۸	۰.۳۷	۴.۴۱%	جزئیات
۲۹	TSH	۱.۳	۱.۳۰	۱۰.۵۹	-۰.۰۱	۰.۰۸%	جزئیات
۳۰	Total PSA	۵.۲۵	۵.۵۹	۱۱.۰۹	-۰.۶۰	۶.۰۵%	جزئیات
۳۱	Ferritin	۲۸.۶۱	۲۷.۱۷	۹.۰۷	۰.۳۵	۵.۲۹%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پروتئین ادرار

دوره سوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۱۳۲۰

آزمایشگاه: سینا ۲۷۱.۱۸۲



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	Urine Protein	۶۳۰	۶۱۵.۳۴	۹.۱۷	۰.۲۴	۲.۳۸%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول

تصویب کننده: خانم دکتر کریم زادگان

مسئول کنترل کیفی: پدram پریچهره

تایید کننده: خانم اقامحمدی

دکتر مسعود کریم زادگان
 متخصص پاتوبیولوژی
 ۰۲۱۳۲۰۱۳۲۰

پدram پریچهره

خانم اقامحمدی