



زمان بازنگری: دوره جدید

تاریخ صدور: ۰۲/۰۲/۰۹

تعداد صفحات: ۳

شماره سند: ۱۷-۱۹۹۸

تصویب کننده: خانم دکتر کریم زادگان

تهیه کننده: پدram پریچهره

محدوده توزیع: کلیه بخش ها



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت خون کنترل

دوره سوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۲۳۱۰

آزمایشگاه: سینا ۲۷۱.۱۸۲



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	WBC	۵,۹۰۰	۵,۶۴	۴,۹۵	۰,۵۸	۴,۶۷%	جزئیات
۲	RBC	۴,۶۸	۴,۶۹	۱,۹	-۰,۰۴	۰,۱۳%	جزئیات
۳	Hb	۱۴۲	۱۳۹,۸۳	۳,۰۴	۰,۵۲	۱,۵۵%	جزئیات
۴	Hct	۴۱	۴۰,۹۷	۳,۱۲	۰,۰۲	۰,۰۷%	جزئیات
۵	MCV	۸۷,۶	۸۷,۲۴	۲,۸	۰,۱۰	۰,۴۱%	جزئیات
۶	MCH	۳۰	۲۹,۷۷	۳,۸۶	۰,۲۶	۰,۷۷%	جزئیات
۷	MCHC	۳۴۶	۳۴۱,۰۹	۳,۰۷	۰,۳۶	۱,۴۴%	جزئیات
۸	Plts	۲۱۲	۲۰۳,۳۳	۶,۷	۰,۴۳	۴,۲۷%	جزئیات

SDI ≤ ۰.۹۹	1 ≤ SDI ≤ 1.۹۹	۲ ≤ SDI ≤ ۲.۹۹	SDI ≥ ۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول

تصویب کننده: خانم دکتر کریم زادگان

مسئول کنترل کیفی: پدram پریچهره

تایید کننده: خانم آقامحمدی

دکتر مسعود کریم زادگان
مسئول کنترل کیفی
۰۲۷۱۱۸۲

شماره سند: ۱۷-۱۹۹۸	تعداد صفحات: ۳	تاریخ صدور: ۰۲/۰۲/۰۹	زمان بازنگری: دوره جدید
محدوده توزیع: کلیه بخش ها	تهیه کننده: پدram پریچهره	تصویب کننده: خانم دکتر کریم زادگان	



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت گسترش خون محیطی

دوره سوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۲۳۲۰

آزمایشگاه: سینا ۲۷۱.۱۸۲



گزارش شمارش افتراقی گلبولهای سفید در گسترش خون محیطی

#	Cell Type	Minimum	Maximum	Your Result
۱	Blasts	۲	۵	۱۰
۲	Polymphocytes			
۳	Promyelocytes	۹۱	۹۵	۸۰
۴	Myelocytes			
۵	Metamyelocytes			
۶	Segmented Neutrophils	۱	۴	۳
۷	Band Neutrophils			۱
۸	Eosinophils			۱
۹	Basophils			
۱۰	Lymphocytes	۱	۴	۳
۱۱	Lymphocytes, variant form			
۱۲	Monocytes	۰	۲	۲
۱۳	Other white cells			
۱۴	Nucleated red cells			

گزارش تشخیص

تشخیص آزمایشگاه:
AML(M۳)

تشخیص مورد انتظار:
Acute myeloid Leukemia (AML)

تصویب کننده: خانم دکتر کریم زادگان دکتر مطهره کریم زادگان مختص پاتوبیولوژی ۰۲۷۱۱۸۲	مسئول کنترل کیفی: پدram پریچهره	تایید کننده: خانم آقامحمدی
---	---------------------------------	----------------------------



زمان بازنگری: دوره جدید

تاریخ صدور: ۰۲/۰۲/۰۹

تعداد صفحات: ۳

شماره سند: ۱۷-۱۹۹۸

تصویب کننده: خانم دکتر کریم زادگان

تهیه کننده: پدram پریچهره

محدوده توزیع: کلیه بخش ها



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پلاسما کنترل لئوفیلیزه

دوره سوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۲۳۳۰

آزمایشگاه: سینا ۲۷۱.۱۸۲



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	PT	۱.۱	۱.۰۱	۱.۴۲	۰.۹۹	۸.۹۱%	جزئیات
۲	PTT	۳۱	۳۱.۵۳	۹.۴۲	-۰.۱۹	۱.۶۸%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول

تصویب کننده: خانم دکتر کریم زادگان

مسئول کنترل کیفی: پدram پریچهره

تایید کننده: خانم آقامحمدی

دکتر مسعود کریم زادگان
مسئول کنترل کیفی
۱۳۹۷/۰۸/۰۱

پدram پریچهره
مسئول کنترل کیفی

خانم آقامحمدی
تایید کننده