



زمان بازنگری: دوره جدید

تاریخ صدور: ۰۲/۰۲/۰۹

تعداد صفحات: ۱

شماره سند: ۱۸-۱۹۹۸

تصویب کننده: خانم دکتر کریم زادگان

تهیه کننده: پدram پریچهره

محدوده توزیع: کلیه بخش ها



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



دوره سوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۳۳۲۰

آزمایشگاه: سینا ۲۷۱.۱۸۲

پارامتر	نتیجه نهایی	Sample/cutoff	روش	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
HBs Ag	Positive		CL	Abbott	Positive
HCV Ab	Negative	۰.۱۲	ELISA		Negative
HIV Ab	Positive		CL	Abbott	Positive



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت غربالگری سندروم داون سه ماه دوم



دوره سوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۱۳۵۰

آزمایشگاه: سینا ۲۷۱.۱۸۲

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	AFP	۵۱.۲	۵۱.۰۲	۹.۲۴	۰.۰۲	۰.۳۵%	جزئیات
۲	β hCG	۱۳.۸۵	۱۹.۵۷	۲۷.۹۶	-۲.۹۲	۲۹.۲۴%	جزئیات
۳	Unconjugated Estriol(uE۳)	۲.۶۹	۲.۷۴	۱۴.۹۹	-۰.۱۳	۱.۹%	جزئیات
۴	Inhibin A	۲۶۷	۲۸۴.۰۵	۱۴.۱۲	-۰.۴۰	۶%	جزئیات

SDI ≤ ۰.۹۹	1 ≤ SDI ≤ 1.۹۹	۲ ≤ SDI ≤ ۲.۹۹	SDI ≥ ۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول

تصویب کننده: خانم دکتر کریم زادگان

مسئول کنترل کیفی: پدram پریچهره

تایید کننده: خانم آقامحمدی

دکتر مسعود کریم زادگان
متخصص پاتوبیولوژی
۰۲۷۱۱۸۲