



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی



دوره اول سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳B11۰

آزمایشگاه: سینا ۲۷۱.۱۸۲

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Glucose	۱۱۲	۱۱۱.۱۴	۴.۱	۰.۱۳	۰.۷۷%	<a href="#">جزئیات</a>
۲	Urea	۴۴	۴۴.۸۴	۶.۹۶	-۰.۳۳	۱.۸۸%	<a href="#">جزئیات</a>
۳	Uric Acid	۶	۶.۴۶	۹.۰۱	-۰.۹۳	۷.۱۸%	<a href="#">جزئیات</a>
۴	Creatinine	۱.۴۵	۱.۴۹	۹.۲	-۰.۲۷	۲.۴۲%	<a href="#">جزئیات</a>
۵	Total Bilirubin	۱.۶۵	۱.۶۱	۱۱.۵۳	۰.۱۷	۲.۵۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۶	Direct Bilirubin	۱.۰۳	۰.۹۸	۱۳.۹۱	۰.۲۷	۵.۲۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۷	Cholestrol	۱۵۹	۱۶۲.۳۲	۴.۷۲	-۰.۳۴	۲.۰۴%	<a href="#">جزئیات</a>
۸	Triglyceride	۱۰۴	۱۰۲.۴۵	۶.۸۸	۰.۲۰	۱.۵۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۹	HDL	۴۱	۴۷.۵۳	۹.۹۲	-۱.۱۵	۱۳.۷۴%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۰	LDL	۷۴	۷۷.۰۱	۷.۹۳	-۰.۲۶	۳.۹۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۱	Albumin	۴.۸	۴.۵۶	۸.۰۱	۰.۸۸	۵.۲۶%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۲	Protein	۵.۹	۶.۳۴	۶.۶	-۱.۳۸	۶.۹۳%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۳	ALP	۲۷۵	۲۸۳.۱۵	۷.۸۶	-۰.۱۹	۲.۸۸%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۴	AST	۳۵	۳۴.۹۲	۸.۲۴	۰.۰۲	۰.۲۳%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۵	ALT	۳۳	۳۳.۱۴	۹.۱۳	-۰.۰۴	۰.۴۲%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۶	CPK	۱۹۷	۱۸۱.۵۰	۸.۲۳	۰.۵۷	۸.۵۴%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۷	LDH	۴۱۴	۴۲۴.۱۳	۶.۴۱	-۰.۳۰	۲.۳۹%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۸	Amylase	۹۲	۹۵.۱۳	۶.۵۴	-۰.۲۹	۳.۲۹%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۹	Lipase	۲۹	۳۸.۳۵	۱۵.۵۹	-۱.۳۵	۲۴.۳۷%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۰	GGT	۴۱	۴۶.۹۰	۹.۱۴	-۱.۱۴	۱۲.۵۸%	<a href="#">جزئیات</a>

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۲۱	Calcium	۹.۹	۸.۹۷	۳.۳۸	۲.۰۶	۱۰.۳۳%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۲	Phosphorus	۴.۳	۴.۷۹	۶.۷۳	-۱.۳۱	۱۰.۱۷%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۳	Iron	۱۰۸	۱۰۳.۳۵	۸.۵۵	۰.۳۷	۴.۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۴	TIBC	۲۶۰	۲۵۴.۵۴	۱۱.۹۷	۰.۱۴	۲.۱۴%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۵	Sodium	۱۳۶	۱۳۷.۸۹	۱.۹۹	-۰.۶۹	۱.۳۷%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۶	Potassium	۳.۸	۳.۸۹	۳.۷۷	-۰.۶۹	۲.۴۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۷	Lithium	۱.۰۳	۰.۹۴	۱۰.۱۷	۰.۸۷	۹.۵۷%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۸	T۴	۶.۳۸	۷.۲۶	۱۲.۰۳	-۱.۰۱	۱۲.۱۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۹	TSH	۱.۱۴	۱.۱۱	۵.۵۸	۰.۲۴	۲.۸۹%	<a href="#">جزئیات</a>
۳۰	Total PSA	۸.۲۵	۹.۰۷	۸.۱۱	-۰.۹۱	۹.۰۸%	<a href="#">جزئیات</a>
۳۱	Ferritin	۲۸	۲۴.۱۳	۱۱.۹۹	۱.۰۷	۱۶.۰۳%	<a href="#">جزئیات</a>

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول