



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت خون کنترل



دوره اول سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳H110

آزمایشگاه: سینا ۲۷۱.۱۸۲

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	WBC	۵.۳۰۰	۵.۴۵	۴.۷۵	-۰.۳۴	۲.۷۵%	جزئیات
۲	RBC	۴.۴۴	۴.۴۹	۱.۹۴	-۰.۳۶	۱.۰۹%	جزئیات
۳	Hb	۱۲۸	۱۲۸.۶۶	۲.۵۵	-۰.۱۷	۰.۵۱%	جزئیات
۴	Hct	۳۸	۳۸.۳۲	۳.۱۸	-۰.۲۱	۰.۸۲%	جزئیات
۵	MCV	۸۶	۸۵.۴۴	۳.۲۱	۰.۱۶	۰.۶۶%	جزئیات
۶	MCH	۲۸	۲۸.۵۸	۳.۳۹	-۰.۶۸	۲.۰۴%	جزئیات
۷	MCHC	۳۳۵	۳۳۴.۹۸	۳.۲۶	۰.۰۰	۰.۰۱%	جزئیات
۸	Plts	۱۸۲	۱۸۲.۴۴	۶.۸۸	-۰.۰۲	۰.۲۴%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول