



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



دوره اول سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳S۱۲۰

آزمایشگاه: سینا ۲۷۱.۱۸۲

نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	روش	Sample/cutoff	نتیجه نهایی	پارامتر
Negative	Abbott	CL		Negative	HBs Ag
Negative	Abbott	CL		Negative	HCV Ab
Positive	Abbott	CL		Positive	HIV Ab

## توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Others	ELISA	ELFA	ECL	CL	Result	Test
۱۰	۱۱۷۱	۶۰	۱۶۴	۱۵۸	Negative	HBs Ag
	۴۶	۴	۲	۳	Positive	
	۳				Suspicious	
۹	۱۲۵۷	۵۵	۱۵۵	۹۸	Negative	HCV Ab
۱	۴		۲	۲	Positive	
	۱				Suspicious	
	۶	۱		۱	Negative	HIV Ab
۱۵	۱۲۲۱	۹۹	۱۵۳	۱۱۰	Positive	
	۱				Suspicious	