



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پلازما کنترل لئوفیلز

دوره اول سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳H۱۳۰

آزمایشگاه: سینا ۲۷۱.۱۸۲



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	PT	۱.۵	۱.۳۴	۱۱.۶۹	۱.۳۲	۱۱.۹۴%	جزئیات
۲	PTT	۶۳	۵۰.۳۱	۹.۷۳	۲.۸۰	۲۵.۲۱%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول